

Dashboard Médico

Prótese Peniana Inflável

DURAÇÃO

60-120
min

TIPO DE ANESTESIA

Geral/Raqui

INTERNAÇÃO

24-48h

TAXA DE
SATISFAÇÃO

90-98%

☒ Indicações Preferenciais para Prótese Inflável

Pacientes jovens (< 60 anos) com vida sexual ativa

Disfunção erétil refratária com boa destreza manual

Preferência por resultado mais natural

Necessidade de maior discrição social

Pacientes com parceiras regulares

Atividade profissional que exige discrição

Disfunção erétil pós-prostatectomia em

Doença de Peyronie com preservação de

jovens

comprimento



Vantagens da Prótese Inflável

Resultado mais natural em flacidez e ereção

Maior discrição sob roupas

Melhor qualidade de vida sexual

Ereção mais próxima do fisiológico

Maior aceitação da parceira

Possibilidade de aumento do perímetro

Flexibilidade total em flacidez

Padrão-ouro em países desenvolvidos



Inflável vs Semi-Rígida

Naturalidade

Inflável: excelente naturalidade vs Semi-rígida: sempre rígida

Complexidade Cirúrgica

Inflável: maior complexidade técnica vs Semi-rígida: procedimento mais simples

Durabilidade

Inflável: 85-90% em 10 anos vs Semi-rígida: 90-95% em 10 anos

Custo

Inflável: 3-5x mais cara vs Semi-rígida: mais econômica

Satisfação

Inflável: 90-98% vs Semi-rígida: 85-95% de satisfação

Tempo Cirúrgico

Inflável: 60-120 min vs Semi-rígida: 30-60 min

Como é Realizada a Cirurgia

1. Preparação e Posicionamento:

Anestesia geral ou raquidiana, posicionamento supino, tricotomia ampla da região genital e abdominal, sondagem vesical e preparo rigoroso com antisséptico.

2. Incisão e Exposição:

Incisão infrapúbica ou penoescrotal, dissecação cuidadosa até exposição da túnica albugínea bilateral dos corpos cavernosos.

3. Abertura dos Corpos Cavernosos:

Incisão longitudinal bilateral na túnica albugínea, evacuação completa do tecido erétil, hemostasia meticulosa.

4. Dilatação e Medição:

Dilatação progressiva dos corpos cavernosos, medição precisa do comprimento e largura, seleção do tamanho adequado dos cilindros.

5. Implante dos Cilindros:

Inserção dos cilindros infláveis nos corpos cavernosos, verificação do posicionamento, teste de inflação inicial.

6. Colocação do Reservatório:

Criação do espaço retropúbico ou inguinal, inserção do reservatório de solução salina, conexão das tubulações.

7. Implante da Bomba Escrotal:

Criação da loja sub-dartos no escroto, inserção da bomba de inflação, conexão de todas as tubulações.

8. Teste Final e Fechamento:

Teste completo do sistema (inflação/deflação), verificação de vazamentos, fechamento por planos, curativo compressivo.

Timeline da Cirurgia

Preparação

Anestesia e posicionamento do paciente

0h

Incisão

Incisão e exposição dos corpos cavernosos

15min

Preparação dos Corpos

Abertura, evacuação e dilatação bilateral

30min

Implante dos Cilindros

Inserção dos cilindros infláveis

50min

Reservatório

Colocação do reservatório retropúbico

70min

Bomba Escrotal

Implante da bomba e conexões

90min

Teste e Fechamento

Teste do sistema e sutura

120min

Taxa de Sucesso e Resultados

Satisfação do Paciente

95%

Satisfação da Parceira

92%

Funcionamento Adequado

96%

Retorno à Atividade Sexual

98%

Durabilidade em 10 anos

87%

Necessidade de Revisão

13%

Padrão-Ouro: As próteses infláveis representam o padrão-ouro no tratamento da disfunção erétil refratária, oferecendo os melhores resultados em naturalidade e satisfação, com tecnologia em constante evolução.

Cuidados Pós-Operatórios



Gelo e Compressão

Compressas de gelo por 20min a cada 2h nas primeiras 72h. Curativo compressivo por 48-72h



Medicações

Antibióticos por 10-14 dias, analgésicos potentes inicialmente, anti-inflamatórios por 5 dias



Restrições Rigorosas

Repouso absoluto por 1 semana, evitar esforços por 6 semanas, não manipular a bomba por 6 semanas



Internação

Observação hospitalar por 24-48h, monitorização de sinais vitais, avaliação de complicações



Treinamento

Treinamento do uso da bomba após 6 semanas, demonstração prática, orientações detalhadas



Seguimento Especializado

Retorno em 1 semana, 6 semanas (início do uso), 3 meses, 6 meses e anualmente

⚠ Sinais de Alerta

Procure atendimento médico imediato se apresentar:

Febre acima de 38°C persistente

Sinais de infecção (vermelhidão, calor, secreção)

Dor intensa que não melhora

Sangramento excessivo ou hematoma grande

Deiscência da ferida operatória

Bomba escrotal muito dolorosa ou móvel

Impossibilidade de deflação da prótese

Mudança súbita na forma ou tamanho peniano

Tipos de Próteses Infláveis

Prótese Inflável de 3 Peças

Padrão-ouro: cilindros + bomba